

Posto Central de Assistencia Publica.
Assignado pelo director deste departamento da nossa administração Municipal, recebemos o boletim referente ao mez de Abril.

Como os demais outros que nos têm sido enviados, contem minuciosas informações sobre os serviços executados por aquelle departamento.

Ionização anestésica pela „Carbaína“. (*Ionisation anesthésique par la Carbaïne*), por ZIMMERN, NICOLLEAU e ARVANITAKES. — *Bull. Officiel de la Société Française d'Électrothérapie et de Radiologie*. N.º 2. 1928. (Transcripto da Rev. Lisboa Médica n.º 5. — Maio 1928.) (F. Formigal Luzes)

Os AA. confirmam, com mais larga experiência do método, os brilhantes resultados obtidos com este novo processo de anestesia.

A carbaína é o carbonato de para-amino-benzoil-dietilamino-etanol, que velu substituir vantajosamente o cloridrato por o seu poder anestésico ser 8 vezes mais intenso.

Este produto tem sido até aqui quasi exclusivamente empregado pelos oftalmologistas e otorinolaringologistas para produzir a anestesia

das mucosas, e só há pouco, graças aos AA., passou a ser utilizado na anestesia cutânea, para o que recorreram á introdução electrolítica, visto a simples applicação local ser inefficaz.

Produce uma anestesia perfeita com perda total da sensibilidade, mesmo da térmica. Esta anestesia existe também em profundidade, como prova o facto de se ter praticado um biopsia, que chegou a atingir a profundidade de 5 centímetros.

Tem sido sobretudo empregado o novo método em pequena cirurgia dermatológica em que é necessário recorrer á electrolise ou á electrocoagulação: destruição de nódulos lúpicos por electrocoagulação, chelóides extensas, papilomas, nævus telangectásicos, electrolise na hiperticoze e muitas outras.

A técnica consiste em aplicar sobre a região que pretendemos anestesiá-la uma pasta de algodão embebida em carbaína que, por intermédio dum electrodo de carvão, é conectada ao anodo (+) da fonte galvânica de que dispomos. Um electrodo indifferente ligado ao catodo é colocado sobre uma região afastada do corpo. A solução ótima é a 5%. A intensidade da corrente deve ser 2 a 10 m. A., conforme a tolerância do individuo. Ao fim de 20 minutos a anestesia é perfeita e mantém-se cerca de 10 minutos, tempo sufficiente para a execução das pequenas intervenções para que a aconselhamos.

Dr. Thomaz Mariante

Clinica Geral

Estomago, coração e rins.


Consultorio: Rua dos Andradas 495, das 16 ás 18 h.



**A FELICIDADE, às vezes,
depende de um sorriso
com lindos dentes...**

**Para isso muito contribue
o uso diario da**

**Pasta
Cirne Lima**



**Agente geral para o Brasil: FAUSTO SANT'ANNA — Caixa Postal, 327
Rua Capitão Montanha, 99 (Ao lado da Delegacia Fiscal) — PORTO ALEGRE — Rio Grande do Sul.**